

Государственный



Союзный завод

Аттестат

селенового фотоэлемента

УФ-101

№ 530739

Чувствительность . . . 440 мка/лм

Э. д. с. при освещенности
10 люкс 140 мв

Площадь 3 см²

Фотоэлемент изготовлен согласно
техническим условиям завода.

Проверил Свеецков
ОТК _____

Лаборатория _____

„ 12 . сентября 1953 г. .